

长春市计量检定测试技术研究院

检 定 证 书

证书编号： YL23170002 号

送 检 单 位： 吉林省肿瘤医院

计量器具名称： 磁共振诊断机

型 号 / 规 格： ESPREE

出 厂 编 号： 0122

制 造 单 位： SIEMENS

检 定 依 据： JJG(苏) 71—2007 医用磁共振成像系统（MRI）检定规程

检 定 结 论： 合格

(检定专用章)

批准人： 张健

核验员： 魏宇林

检定员： 张健

检定日期 2017 年 03 月 17 日

有效期至 2018 年 03 月 16 日

计量检定机构授权证书号：（吉）法计（2016）001号

地 址： 长春市硅谷大街928号

邮 编： 130012

电 话： (0431)86936700

传 真： (0431)86936698

E-mail: cc_jly@163.com



证书编号: YL23170002

1. 计量标准考核证书号: [2014]吉量标法证字第1413号

2. 社会公用计量标准证书号: [2014]长质社量标法证字第1413号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

名称及 本院编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
磁场强度检测仪 12-102	0~3T	MPE±1%	中国计量科学研究院 DLcx2016-1926	2017-11-08

4. 检定地点: 放射线科

5. 环境条件:

温度: 20.0℃

相对湿度: 44%

其它: /

注: 我院仅对加盖"长春市计量检定测试技术研究院检定专用章"的完整证书负责

检 定 结 果

检定项目	检定结果
外观	合格
图像信噪比（SNR）	148
空间线性（%）	0.0
空间分辨力（Lp/cm）	16
层厚（mm）	20.0
低对比度分辨力（mm）	直径/孔深： 6/0.5
图像均匀性（%）	98
纵横比（%）	100
磁场强度（mT）	1500

以下空白

长春市计量检定测试技术研究院

检 定 证 书

证书编号：YL23170003 号

送 检 单 位：吉林省肿瘤医院

计量器具名称：磁共振诊断机

型 号 / 规 格：Ingenia

出 厂 编 号：1747

制 造 单 位：PHILIPS

检 定 依 据：JJG(苏) 71—2007 医用磁共振成像系统（MRI）检定规程

检 定 结 论：合格

(检定专用章)

批准人：张健

核验员：张健

检定员：魏宇林

检定日期 2017 年 03 月 17 日

有效期至 2018 年 03 月 16 日

计量检定机构授权证书号：（吉）法计（2016）001号

地 址：长春市硅谷大街928号

邮 编：130012

电 话：(0431)86936700

传 真：(0431)86936698

E-mail: cc_jly@163.com



证书编号: YL23170003

1. 计量标准考核证书号: [2014]吉量标法证字第1413号

2. 社会公用计量标准证书号: [2014]长质社量标法证字第1413号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

名称及 本院编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
-------------	------	---------------------------	-----------------	------

磁场强度检测仪
12-102

0~3T

MPE:±1%

中国计量科学研究院
DLcx2016-1926

2017-11-08

4. 检定地点: 放射线科

5. 环境条件:

温度: 20.0°C

相对湿度: 44%

其它: /

注: 我院仅对加盖"长春市计量检定测试技术研究院检定专用章"的完整证书负责

检 定 结 果

检定项目	检定结果
外观	合格
图像信噪比（SNR）	116
空间线性（%）	0.0
空间分辨力（Lp/cm）	16
层厚（mm）	10.0
低对比度分辨力（mm）	直径/孔深： 6/0.5
图像均匀性（%）	99
纵横比（%）	100
磁场强度（mT）	3000

以下空白