

长春市计量检定测试技术研究院

检 定 证 书

证书编号: YL97170001 号

送 检 单 位: 吉林省肿瘤医院

计量器具名称: 医用诊断CR/DRX辐射源

型 号 / 规 格: DRXEVB04337

出 厂 编 号: /

制 造 单 位: 锐珂

检 定 依 据: JJG 1078—2012 医用数字摄影 (CR、DR)系统X射线辐射源检定
规程

检 定 结 论: 合格

(检定专用章)

批准人: 张健

核验员: 张健

检定员: 魏宇林

检定日期 2017 年 03 月 17 日

有效期至 2018 年 03 月 16 日

计量检定机构授权证书号: (吉) 法计 (2016) 001号

地 址: 长春市硅谷大街928号

邮 编: 130012

电 话: (0431)86936700

传 真: (0431)86936698

E-mail: cc_jly@163.com



证书编号: YL97170001

1. 计量标准考核证书号: [2014]吉量标法证字第1532号

2. 社会公用计量标准证书号: [2014]长质社量标法证字第1532号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

名称及 本院编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
诊断水平测量仪 12-64-1	0.1 μ Gy~ 1000mGy	$U_{rel}=5.0\%$ $k=3$	中国计量科学研究院 DYjl2016-5890	2017-11-16

4. 检定地点: 放射线科

5. 环境条件:

温度: 22.5°C

相对湿度: 41.6%

其它: /

注: 我院仅对加盖"长春市计量检定测试技术研究院检定专用章"的完整证书负责

长春市计量检定测试技术研究院

检 定 证 书

证书编号: YL05170001 号

送 检 单 位: 吉林省肿瘤医院

计量器具名称: 医用诊断X辐射源

型 号 / 规 格: 07U163CS-36

出 厂 编 号: 31881

制 造 单 位: 岛津

检 定 依 据: JJG 744—2004 医用诊断X射线辐射源检定规程

检 定 结 论: 合格

(检定专用章)

批准人: 张健

核验员: 张健

检定员: 魏宇林

检定日期 2017 年 03 月 17 日

有效期至 2018 年 03 月 16 日

计量检定机构授权证书号: (吉) 法计 (2016) 001号

地 址: 长春市硅谷大街928号

邮 编: 130012

电 话: (0431)86936700

传 真: (0431)86936698

E-mail: cc_jly@163.com



证书编号: YL05170001

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第385号

2. 社会公用计量标准证书号: [2006]长质社量标法证字第071号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

名称及 本院编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
数字钳型表12-02	(0.1~4)A	DC2A: $U_{rel}=0.2\%$ $k=2$	长春市计量检定测试 技术研究院 DX08160055	2017-11-30
诊断水平测量仪 12-64-1	0.1 μ Gy~ 1000mGy	$U_{rel}=5.0\%$ $k=3$	中国计量科学研究院 DYJ12016-5890	2017-11-16

4. 检定地点: 放射线科

5. 环境条件:

温度: 22.5°C

相对湿度: 41.6%

其它: /

注: 我院仅对加盖"长春市计量检定测试技术研究院检定专用章"的完整证书负责

证书编号: YL05170001

检 定 结 果

医用诊断X射线辐射源（透视）检定项目				
辐射输出的空气比释动能率（mGy/min）		8.3		
辐射输出的质 <i>HVL</i> (mmAl)		2.8		
分辨力	图像增强器输入尺寸（mm）	310	12	Lp/cm
X射线管电压（kV）				
标称值	测量值平均值		相对偏差（%）	
60	60.5		-0.8	
70	70.9		-1.3	
80	79.1		1.1	

以下空白

长春市计量检定测试技术研究院

检定证书

证书编号: YL05170002 号

送检单位: 吉林省肿瘤医院

计量器具名称: 医用诊断X辐射源

型号 / 规格: 05605022

出厂编号: 22820

制造单位: SIEMENS

检定依据: JJG 744—2004 医用诊断X射线辐射源检定规程

检定结论: 合格

(检定专用章)

批准人: 张健

核验员: 张健

检定员: 魏宇林

检定日期: 2017 年 03 月 17 日

有效期至: 2018 年 03 月 16 日

计量检定机构授权证书号: (吉) 法计 (2016) 001号

地址: 长春市硅谷大街928号

邮编: 130012

电话: (0431)86936700

传真: (0431)86936698

E-mail: cc_jly@163.com



Y L 0 5 1 7 0 0 0 2

证书编号: YL05170002

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第385号

2. 社会公用计量标准证书号: [2006]长质社量标法证字第071号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

名称及 本院编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
数字钳型表12-02	(0.1~4)A	DC2A: $U_{rel}=0.2\%$ $k=2$	长春市计量检定测试 技术研究院 DX08160055	2017-11-30
诊断水平测量仪 12-64-1	0.1 μ Gy~ 1000mGy	$U_{rel}=5.0\%$ $k=3$	中国计量科学研究院 DYJ12016-5890	2017-11-16

4. 检定地点: 放射线科

5. 环境条件:

温度: 22.5°C

相对湿度: 41.6%

其它: /

注: 我院仅对加盖"长春市计量检定测试技术研究院检定专用章"的完整证书负责

证书编号: YL05170002

检 定 结 果

医用诊断X射线辐射源（透视）检定项目				
辐射输出的空气比释动能率 (mGy/min)		8.4		
辐射输出的质 <i>HVL</i> (mmAl)		3.1		
分辨力	图像增强器输入尺寸 (mm)	310	12	Lp/cm
X射线管电压 (kV)				
标称值	测量值平均值		相对偏差 (%)	
60	60.7		-1.2	
70	70.5		-0.7	
80	79.5		0.6	

以下空白