

长春市计量检定测试技术研究院

检 定 证 书

证书编号: YL99170006 号

送 检 单 位: 吉林省肿瘤医院

计量器具名称: 多参数监护仪

型 号 / 规 格: 见第三页

18B

出 厂 编 号: 见第三页

制 造 单 位: 见第三页

检 定 依 据: JJG(粤) 014—2010 医用多参数监护仪检定规程

检 定 结 论: 合格

(检定专用章)

批准人: 张健

核验员: 张大为

检定员: 程斌

检定日期 2017 年 03 月 06 日

有效期至 2018 年 03 月 05 日

计量检定机构授权证书号: (吉) 法计 (2016) 001号

地 址: 长春市硅谷大街928号

邮 编: 130012

电 话: (0431)86936700

传 真: (0431)86936698

E-mail: cc_jly@163.com



证书编号: YL99170006

1. 计量标准考核证书号: [2012]吉量标法证字第1369号

2. 社会公用计量标准证书号: [2012]长质社量标法证字第1369号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

名称及 本院编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
心电监护检定仪 12-08	心率范围:(10.0~500)次/分; 电压:80.0 μ V~30.0V; 频率:20mHz~200Hz	MPE $\pm$ (0.1%信号周期+2ms); MPE: $\pm$ 0.5%; MPE: $\pm$ (0.1%信号周期+2 μ s)	吉林省计量科学研究院573171600	2017-11-03
无创血压分析仪 12-15	(0~300)mmHg	MPE: $\pm$ 1mmHg	中国计量科学研究院 YSyx2016-1034	2017-11-07
血氧饱和度质量 检测仪12-22	SpO ₂ :35%~100%; 心率:(10~500)次/分	SpO ₂ 100%~75%:MPE $\pm$ 1%; 74%~50%:MPE $\pm$ 3%; 心率MPE $\pm$ 1%	中国计量科学研究院 YSyx2016-1024	2017-11-07

4. 检定地点: 乳腺外一科 内二科 介入 放疗二 放疗三 放疗四

5. 环境条件:

温度: 20.1 $^{\circ}$ C

相对湿度: 41.0%

其它: /

注: 我院仅对加盖"长春市计量检定测试技术研究院检定专用章"的完整证书负责

证书编号: YL99170006

检 定 结 果

规格/型号	出厂编号	制造单位	电压与心率 部分检定结 论	血压部分检 定结论	血氧部分检 定结论
MEC-1000	7290 乳一	深圳	合格	合格	合格
RC-900	0700 \	吉林	合格	合格	合格
MEC-1000	8411 \	深圳	合格	合格	合格
MEC-1000	7365 \	深圳	合格	合格	合格
MEC-1000	7397 \	深圳	合格	合格	合格
MEC-1000	7289 乳一	深圳	合格	合格	合格
MEC-1000	7978 乳一	深圳	合格	合格	合格
RC-900	0707 \	吉林	合格	合格	合格
DHR930	8010 合入	北京	合格	合格	合格
MEC-1000	8017 乳一	深圳	合格	合格	合格
CMS9000	9105 \	秦皇岛	合格	合格	合格
MB526	070509T12 乳二	北京	合格	合格	合格
MEC-1000	9824 乳三	深圳	合格	合格	合格
MEC-1000	8095 乳四	深圳	合格	合格	合格
MB526	071179T12 乳二	北京	合格	合格	合格
UP6000	9270 乳二	深圳	合格	合格	合格
DHR930	8015 合入	北京	合格	合格	合格
MB526	071252T12 乳三	北京	合格	合格	合格

此证共计18台

以下空白