

# 长春市计量检定测试技术研究院

## 检 定 证 书

证书编号: DL10170101 号

送 检 单 位: 吉林省肿瘤医院

计量器具名称: 电子秤

内一 2台

型 号 / 规 格: 见第三页

内二 1

出 厂 编 号: 见第三页

内三 1

制 造 单 位: 见第三页

内四 1

内五 1

内六 1

检 定 依 据: JJG 539—1997 数字指示秤检定规程

检 定 结 论: Ⅲ级合格

批准人: 古克文

(检定专用章)

核验员: 肖国

检定员: 姚溪

检定日期 2017 年 02 月 15 日

有效期至 2018 年 02 月 14 日

计量检定机构授权证书号: (吉)法计(2016)001号

地 址: 长春市硅谷大街928号

邮 编: 130012

电 话: (0431)86936700

传 真: (0431)86936698

E-mail: cc\_jly@163.com



DL10170101

证书编号: DL10170101

1. 计量标准考核证书号: [2006]吉量标法证字第389号

2. 社会公用计量标准证书号: [2006]长质社量标法证字第075号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

| 名称及<br>本院编号 | 测量范围       | 不确定度/<br>准确度等级/<br>最大允许误差 | 检定/校准单位<br>及证书号                  | 有效期至       |
|-------------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| 砝码14-01     | 1kg~10t    | M <sub>1</sub> 等级         | 长春市计量检定测试<br>技术研究院<br>ZL01160172 | 2017-07-08 |
| 砝码14-03     | 100mg~10kg | M <sub>1</sub> 等级         | 长春市计量检定测试<br>技术研究院<br>ZL01160171 | 2017-07-08 |

4. 检定地点: 使用现场

5. 环境条件:

温度: /°C

相对湿度: /%

其它: /

注: 我院仅对加盖"长春市计量检定测试技术研究院检定专用章"的完整证书负责

## 检 定 结 果

| 检定项目 | 检定结果 |
|------|------|
| 外观检查 | 合格   |
| 偏载   | 合格   |
| 重复性  | 合格   |
| 鉴别力  | 合格   |

| 器具产地 | 规格型号       | 器具编号    | 分度值<br>(g) | 称量测试 $E$ |       |       |
|------|------------|---------|------------|----------|-------|-------|
|      |            |         |            | 20e      | 500e  | 2000e |
| 泰兴   | HCS-200-RT | 1701023 | 100        | -30 g    | -50 g | -80 g |

| 器具产地 | 规格型号       | 器具编号    | 分度值<br>(g) | 称量测试 $E$ |       |       |
|------|------------|---------|------------|----------|-------|-------|
|      |            |         |            | 20e      | 500e  | 2000e |
| 泰兴   | HCS-200-RT | 1701014 | 100        | -20 g    | -40 g | -60 g |

| 器具产地 | 规格型号       | 器具编号    | 分度值<br>(g) | 称量测试 $E$ |       |       |
|------|------------|---------|------------|----------|-------|-------|
|      |            |         |            | 20e      | 500e  | 2000e |
| 泰兴   | HCS-200-RT | 1701025 | 100        | -50 g    | -50 g | -90 g |

| 器具产地 | 规格型号       | 器具编号    | 分度值<br>(g) | 称量测试 $E$ |       |       |
|------|------------|---------|------------|----------|-------|-------|
|      |            |         |            | 20e      | 500e  | 2000e |
| 泰兴   | HCS-200-RT | 1701034 | 100        | -10 g    | -30 g | -50 g |

证书编号：DL10170101

## 检 定 结 果

| 器具产地 | 规格型号       | 器具编号    | 分度值<br>(g) | 称量测试 $E$ |       |       |
|------|------------|---------|------------|----------|-------|-------|
|      |            |         |            | 20e      | 500e  | 2000e |
| 泰兴   | HCS-200-RT | 1611241 | 100        | -20 g    | -40 g | -70 g |

| 器具产地 | 规格型号       | 器具编号    | 分度值<br>(g) | 称量测试 $E$ |       |       |
|------|------------|---------|------------|----------|-------|-------|
|      |            |         |            | 20e      | 500e  | 2000e |
| 泰兴   | HCS-200-RT | 1701020 | 100        | -50 g    | -50 g | -50 g |

| 器具产地 | 规格型号       | 器具编号    | 分度值<br>(g) | 称量测试 $E$ |       |       |
|------|------------|---------|------------|----------|-------|-------|
|      |            |         |            | 20e      | 500e  | 2000e |
| 泰兴   | HCS-200-RT | 1701002 | 100        | -30 g    | -40 g | -80 g |

此证共计7台

以下空白