



校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 163081700
Certificate No.

器具名称: 智能温湿度采集仪
Name of Instrument

型号规格: YB-HC004-02
Model/Type

制造厂: 青岛海尔特种电器有限公司
Manufacture

器具编号: 生物标本库
No. of Instrument

委托单位: 吉林省肿瘤医院
Customer

单位地址: 长春市朝阳区湖光路1018号
Address

批准人: 张攀峰
Approved by

核验员: 毕平
Inspected by

校准员: 张鸣
Calibrated by

发证单位(专用章)

Issued by (stamp)

校准日期 2017 年 06 月 14 日
Date of Calibration Y M D

地址(Add): 长春市高新区宜居路2699号(130103)
传真(Fax): (0431) 85304772、85384890
电子邮箱(E-mail): jlmpublic@126.com

咨询电话(Consult Tel): (0431) 85375162、85375160
监督电话(Direct Tel): (0431) 85375153、85375165
网址: www.jljly.net



说 明

Directions

证书编号: 163081700

Certificate No.

1. 本证书所出具的数据可溯源到国家计量基准

All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

2. 校准所依据的技术文件(代号、名称):

Reference documents for the calibration:

参照 JJG874-2007《温度指示控制仪》检定规程

3. 本次校准所使用的计量标准器具:

Standard instruments of measurement used in the calibration:

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/accuracy / Maximum Permissible Error	证书号 Certificate No.	有效期至 Valid to
数字测温表	(-85~300) °C (300~1000) °C	$U=0.3^{\circ}\text{C} \quad k=2$ $U=0.8^{\circ}\text{C} \quad k=2$	901351700	2018-01-11

4. 校准地点: 吉林省肿瘤医院

Location for calibration

5. 校准的环境条件:

Environmental condition in the calibration

温度: 24.0 °C

Temperature

相对湿度: 43 %

Relative Humidity

- 注: 1. 本证书封面未加盖校准专用章无效.
Note: This certificate is invalid if not sealed on head page.
2. 未经本院书面批准, 不得部分复制此证书.
This certificate can not be copied partly if not allowed.



证书编号: 163081700

Certificate No.

校 准 结 果

Results of calibration

仪器编号	校准点/℃	标准器示值/℃	被校显示/℃	示值误差/℃
58D3	2.0	2.0	1.8	-0.2
	4.0	4.0	3.9	-0.1
	8.0	8.0	1.8	-0.2
仪器编号	校准点/℃	标准器示值/℃	被校显示/℃	示值误差/℃
58BA	2.0	2.0	2.1	+0.1
	4.0	4.0	4.0	+0.0
	8.0	8.0	7.9	-0.1
仪器编号	校准点/℃	标准器示值/℃	被校显示/℃	示值误差/℃
5920	2.0	2.0	1.7	-0.3
	4.0	4.0	3.7	-0.3
	8.0	8.0	7.8	-0.2
仪器编号	校准点/℃	标准器示值/℃	被校显示/℃	示值误差/℃
58D6	2.0	2.0	2.1	+0.1
	4.0	4.0	4.2	+0.2
	8.0	8.0	8.1	+0.1

以下空白。

敬告 (Advice):

1. 在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。

While using, Please Calibrate if you doubt the specification with calibration instrument.

2. 被校准仪器修理后, 请立即校准。

Please calibrate after calibrated instrument repaired.



证书编号: 163081700

Certificate No.

校 准 结 果

Results of calibration

仪器编号	校准点/℃	标准器示值/℃	被校显示/℃	示值误差/℃
5908	2.0	2.0	2.2	+0.2
	4.0	4.0	3.9	+0.1
	8.0	8.0	8.2	-0.2
仪器编号	校准点/℃	标准器示值/℃	被校显示/℃	示值误差/℃
5953	2.0	2.0	1.8	-0.2
	4.0	4.0	3.9	-0.1
	8.0	8.0	7.9	-0.1
仪器编号	校准点/℃	标准器示值/℃	被校显示/℃	示值误差/℃
5913	2.0	2.0	2.1	+0.1
	4.0	4.0	4.2	+0.2
	8.0	8.0	8.1	+0.1

以下空白。

敬告 (Advice):

1. 在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。

While using, Please Calibrate if you doubt the specification with calibration instrument.

2. 被校准仪器修理后, 请立即校准。

Please calibrate after calibrated instrument repaired.