

长春市计量检定测试技术研究院
Changchun Institute of Metrology

校 准 证 书

Calibration Certificate

证书编号: LHC2170229 号
Certificate No.

客户名称: 吉林省肿瘤医院
Customer

器具名称: 温湿度表
Name of Instrument

型号规格: 见第三页
Model / Type

器具编号: 见第三页
No. of Instrument

制造单位: 见第三页
Manufacture



批准人: 刘新抒
Approved by

核验员: 呈斌
Checked by

校准员: 孔欣欣
Calibrated by

校准日期: 2017 年 04 月 13 日
Date of Calibration Year Month Day

地址(Add): 长春市硅谷大街928号(130012)
E-mail: cc_jly@163.com

电话(Telephone): (0431) 86936700
传真(Fax): (0431) 86936698



证书编号: LHC2170229

Certificate No.

1. 本证书所出具的数据可溯源到国家计量基准

All data issued by this Certificate are traceable to national standards of Measurement

2. 校准所依据的技术文件:

Based on the type of documents

JIG(苏) 99—2010 数字温湿度计检定规程

3. 校准所使用的主要计量标准器具:

Standards of Measurement used in the calibration

名称及本院编号 Name and No.	测量范围 Measuring range	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/accuracy/ Maximum Permissible Error	检定/校准单位 及证书号 Verification or calibration Organization/Certificate No.	有效期至 Valid until
精密露点仪04-75	(5~50)℃, (-20~40)℃DP	温度MPE±0.1℃, 露点MPE±0.2℃DP	中国计量科学研究院 HXsp2016-1867	2017-06-29

4. 校准地点: 本院508室

Location for calibration

5. 环境条件:

Environmental condition

温度: 20.2℃

Temperature

相对湿度:

40.8%

Relative humidity

其它: /

Others

三: 本证书封面未加盖校准专用章无效

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page.

证书编号: LHC2170229

Certificate No.

标准

校 准 结 果

Results of Calibration

型号/规格	JF300A	出厂编号	——（设备编号：201705720）	
制造单位	Anymetre			
校准项目		校准结果		
外观		符合 规程的6条款		
温度/℃	标准器实际值	15.0	20.0	30.0
	被校仪器读数平均值	15.1	20.1	30.1
	示值误差	0.1	0.1	0.1
	扩展不确定度($k=2$)	$U= 0.7 \text{ } ^\circ\text{C}$		
湿度 /%RH (20℃时)	标准器实际值	39.5	59.6	80.7
	被校仪器读数平均值	40.0	62.0	79.0
	示值误差	0.5	2.4	-1.7
	扩展不确定度($k=2$)	$U= 1.9 \text{ } \%RH$		