

# 吉林省肿瘤医院凝血常规检验正常值范围更新 (2018.10.15)



| 序号 | 项目名称       | 英文缩写     | 单位    | 分组  | 参考值        |
|----|------------|----------|-------|-----|------------|
| 1  | 凝血酶原时间     | PT       | S     | 男/女 | 9.0-12.8   |
| 2  | 凝血酶原时间比率   | PT-R     |       | 男/女 | 0.80-1.20  |
| 3  | 国际标准化比值    | INR      |       | 男/女 | 0.80-1.20  |
| 4  | 凝血酶原活动度    | PT-AT    | %     | 男/女 | 70.0-120.0 |
| 5  | 纤维蛋白原      | FIB      | g/L   | 男/女 | 2.00-4.00  |
| 6  | 部分凝血酶原时间   | APTT     | S     | 男/女 | 24.9-36.8  |
| 7  | 部分凝血酶原时间比值 | APTTTR   |       | 男/女 | 0.81-1.19  |
| 8  | 凝血酶时间      | TT       | S     | 男/女 | 12.0-18.0  |
| 9  | 超敏D-二聚体测定  | D-Di     | ng/ml | 男/女 | 0-500      |
| 10 | 抗凝血酶III    | AT-III A | %     | 男/女 | 70-140     |